

Rapporto di Prova n. RDP20160021725 del (25/07/2016)

Codice Campione: 20871/16
Cliente : Mega 3 SRL
Indirizzo : Piazza della Vittoria 3/2 Ceriale Sv
Descrizione Campione : Olio extra vergine di oliva Lattina da 1 L Lotto 19/01/2018
con aggiunta di colorante ad uso alimentare E175
Matrice: ALIMENTI Olio di oliva vergine extra
Data Ricevimento: 20/07/2016

Dati di Campionamento

Prelevatore: Mega 3 SRL
Sigla Verbale: 1253PB
Data Verbale di Campionamento : 20/07/2016
Data/Ora di campionamento 20/07/2016
Luogo/Punto di Prelievo : Piazza della Vittoria 3/2 Ceriale Savona

Prove svolte presso la sede Laboratorio Imperia - Via Nizza, 6 - 18100 Imperia (IM)

Sede: B

Data e ora di ricevimento: 20/07/2016 11:20

Parametro Metodo di Prova	Unità di misura	LdR LdQ	Risultato	R %	Valore indicativo Riferimento	Valore limite Riferimento	NC	Data analisi inizio/fine
Spettrofotometria UV : K232 Reg. CEE n.2568/91 All. IX - mod Reg UE 299/13 All. 1	-----	----- -----	1.99	-----	----- -----	2.50 Reg CE 1348/2013		21/07/2016 21/07/2016

Rapporto di Prova n. RDP20160021725 del (25/07/2016)

Prove svolte presso la sede Laboratorio Imperia - Via Nizza, 6 - 18100 Imperia (IM)

Sede: B

Data e ora di ricevimento: 20/07/2016 11:20

Parametro Metodo di Prova	Unità di misura	LdR LdQ	Risultato	R %	Valore indicativo Riferimento	Valore limite Riferimento	NC	Data analisi inizio/fine
Spettrofotometria UV : K268 Reg. CEE n.2568/91 All. IX - mod Reg UE 299/13 All. 1	-----	-----	0.10	-----	-----	0.22 Reg CE 1348/2013		21/07/2016 21/07/2016
Spettrofotometria UV : Delta K Reg. CEE n.2568/91 All. IX - mod Reg UE 299/13 All. 1	-----	-----	0	-----	-----	0.01 Reg CE 1348/2013		21/07/2016 21/07/2016
Acidità Reg. CEE n.2568/91 Allegato II - mod. Reg.CEE 702/07	% ac. oleico	-----	0.3	-----	-----	0.8 Reg CE 1348/2013		21/07/2016 21/07/2016
Numero di perossidi Reg. CEE n.2568/91 Allegato III (GU 81 del 21/10/91)	mEq O2/Kg	-----	10	-----	-----	20 Reg CE 1348/2013		21/07/2016 21/07/2016

Note:

Per il Responsabile dell'UO Laboratorio

Gilda Rossi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

Note:

Dichiarazione di conformità

In base alle analisi eseguite l'olio EV di oliva contenente il colorante alimentare E175 (oro edibile) è conforme alle caratteristiche degli

Rapporto di Prova n. RDP20160021725 del (25/07/2016)

oli di oliva come previsto dall' allegato I del Regolamento UE 2015/1830

Pareri e interpretazioni (non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA)

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Nessuna parte del Rapporto può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del Responsabile dell'UO Laboratorio che lo ha emesso.

Se nella colonna R% compare "+" il risultato è stato corretto per il fattore di recupero.

L'incertezza è riportata come incertezza estesa, calcolata con fattore di copertura $k=2$ ed espressa con livello di fiducia $p=95\%$.

Limitatamente a prove microbiologiche su matrice acquosa, l'incertezza è espressa come limite di confidenza con livello di fiducia $p=95\%$.

La responsabilità dei dati riportati come "Misure in campo" è del prelevatore.

**prova non accreditata da ACCREDIA*

Il campionamento è escluso dall'accREDITAMENTO

Legenda:

LdR = limite di rilevabilità

LdQ = limite di quantificazione

U = incertezza

R = recupero

l.c. = limiti di confidenza

NC = non conforme

L'emissione del presente Rapporto è autorizzata per il
Responsabile dell'UO Laboratorio

Gilda Rossi

Fine Rapporto



ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure
 Laboratorio Imperia
 Indirizzo: Via Nizza, 6 - 18100 Imperia (IM)
 E-mail: labim@arpal.gov.it - PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
 Telefono: +39 0183 6731



LAB N°1084

Membro degli Accordi di Mutuo
 Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n. RDP20160021725 del (25/07/2016)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.
 Da sottoscrivere in caso di stampa
 La presente copia del rapporto di prova n. del, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale
 informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

.....
 (luogo) (data)

.....
 (nome cognome) (qualifica) (firma)